



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

Ministerul Economiei

Eliberarea

CERTIFICATULUI DE DESEMNARE

Nr. **P-0030/2022**

Data înregistrării **01.03.2022**

Valabil până la **04.11.2025**



Prezentul certificat confirmă faptul că **PROGRESLAB S.R.L.**

Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Centru, str. Schinoasa, 29, bloc. <, ap./of. <

(denumirea persoanei juridice, adresa juridică)

este **DESEMNAT** în cadrul Sistemului Național de Metrologie conform

Hotărârea Guvernului nr.1118/2018, Ordinul Ministerului Economiei nr. 25 din 01.03.2022

(numărul actului normativ)

pentru efectuarea **verificării metrologice** a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, utilizate în domeniile de interes public.

Domeniul de desemnare este definit în anexa la prezentul certificat care este parte integrantă a acestuia.

Secretar de stat

semnat electronic
(semnătura)

Vadim Gumene
(prenumele, numele)

Data

DOMENIUL DE DESEMNARE

PROGRESLAB S.R.L.

(denumirea persoanei juridice)

Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Centru, str. Schinoasa, 29, bloc. <, ap./of. <

(adresa juridică)

Nr..	Denumirea, tipul mijlocului de măsurare cu indicarea poziției din Tabelul Listei Oficiale	Intervalul de măsurare	Clasa, ordinul, valoarea diviziunii, incertitudinea și/sau eroarea	Operația verificării metrologice	Documentul normativ de referință
1	2	3	4	5	6

1.1 mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Alba-lulia, 75

1	Aparate de cântărit cu funcționare neautomată, 8.1.2.1	0÷1500 kg	Clasa III, $e = d = 0,1$ g până la 20 kg; MPE până la 500e incl. $\pm 0,5e$; de la 500e până la 2000e incl. $\pm 1e$; peste 2000e $\pm 1,5e$;	1. Examinarea vizuală; 2. Verificarea la funcționare; 3. Determinarea erorii de aducere la zero; 4. Determinarea erorii indicațiilor aparatului de cântărit; 5. Determinarea erorii indicațiilor aparatului de cântărit la funcționarea dispozitivului de tară; 6. Încercări la repetabilitate; 7. Încercări la încărcarea excentrică	NML 2-15:2018, pct. 26 - 32
---	--	-----------	--	---	-----------------------------

2.1 Verificari metrologice efectuate la client

2	Aparate de cântărit cu funcționare neautomată, 8.1.2.1	0÷60000 kg	Clasa III, $e = d = 0,1$ g până la 20 kg; MPE până la 500e incl. $\pm 0,5e$; de la 500e până la 2000e incl. $\pm 1e$; peste 2000e $\pm 1,5e$;	1. Examinarea vizuală; 2. Verificarea la funcționare; 3. Determinarea erorii de aducere la zero; 4. Determinarea erorii indicațiilor aparatului de cântărit; 5. Determinarea erorii indicațiilor aparatului de cântărit la funcționarea dispozitivului de tară; 6. Încercări la repetabilitate;	NML 2-15:2018, pct. 26 - 32
---	--	------------	--	--	-----------------------------

				7. Încercări la încărcarea excentrică	
--	--	--	--	--	--

Domeniul de măsurare **masa și mărimi derivate: masa**

*poziția trebuie să corespundă tabelului din Lista oficială a mijloacelor de măsurare și a măsurărilor supuse controlului metrologic legal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1042 din 13 septembrie 2016.

Secretar de stat

semnat electronic
(semnătura)

Vadim Gumene
(prenumele, numele)

Data